

März 2017

Sehr geehrter Kunde,

Physio-Control wünscht sich eine Welt, in der niemand aufgrund eines akuten, behandelbaren medizinischen Vorfalls sterben muss. Unsere Mission ist es, lebensrettende Geräte für Lebensretter herzustellen – einzigartige Medizinprodukte höchster Qualität, die lebensbedrohliche medizinische Vorfälle vorhersehen oder darin intervenieren.

Laut der kürzlichen Überarbeitung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV), die seit dem 1. Januar 2017 gilt, muss der Betreiber von automatisierten externen Defibrillatoren (AEDs) mindestens alle zwei Jahre Sicherheitstechnische Kontrollen (STK) des AEDs gemäß den allgemein anerkannten technischen Regeln durchführen bzw. durchführen lassen.

Die STK für AEDs kann ausgelassen werden, wenn:

- das AED regelmäßig Selbsttests durchführt
- das AED in einem öffentlich zugänglichen Raum installiert ist
- das AED für die Verwendung durch nicht medizinisch ausgebildete Benutzer vorgesehen ist und
- der Betreiber/Eigentümer regelmäßige Sichtprüfungen des AED durchführt.

Die Beurteilung, ob die STK-Verpflichtung greift, kann nur für jeden einzelnen Kunden unter Beachtung seiner individuellen Umstände erfolgen.

Um jegliche Zweifel auszuräumen: Die von Physio-Control, Inc. und HeartSine Technologies Ltd. hergestellten AEDs führen regelmäßige Selbsttests durch. Außerdem sind diese AEDs auch für Personen auf minimalen Ausbildungsstand einfach zu bedienen und wurden speziell für den wenig ausgebildeten, gelegentlichen Retter entwickelt.

Wenn Sie weitere Fragen oder Interesse an unseren Serviceprogrammen haben, kontaktieren Sie bitte den für Sie zuständigen Aussendienstmitarbeiter oder Handelspartner.

Mit freundlichen Grüßen

Physio-Control Germany Sales GmbH